החברה הכלכלית למ.א. בני שמעון

מעבדת שרות השדה גילת

מחוז הדרום

תוצאות בדיקות מים ותמיסות עבודה - 40837

בעבודה זו מדגם אחד בלבד
מוסר המדגמים עדי ויצמן

ה באדר תשעח
20/02/2018

לכבוד 13060
משה פאול
13060
עידן הנגב
anat@bns.org.il;moshep@bns.org.il;itzikg@bns.org.il
2401/0001 הערה מ.ה.-44דיגום ע"י עדי ויצמן

טלפון **053-5324257**
טל נייד **050-5611055**

תאריך קבלה: **08/02/18**
שעת קבלה: 11:40
תאריך דיגום: **08/02/18**
שעת דיגום: 11:10
תאריך מסירת תוצאות: **18/02/18**
דף: 1 5294.86

מדגם **1** חלקה **כיכר הבועות** גידול/זן/כנה:
החומר הנבדק: **X**

הבדיקה	יחידות	שיטה סטנדרטית	תוצאה	ה ע ר ו ת
pH	הגבה	SM-4500H-B	7.35	
מוליכות חשמל	dS/m	SM-2510B	0.96	
כלוריד	מ"ג/ל'	SM-4500Cl-B	153.00	
סידן	מ"ג/ל'	SM-3120B	60.09	
מגניון	מ"ג/ל'	SM-3120B	32.24	
אלקליניות M	מג/ל $CaCO_3$	2320B - SM	220	
180 TDS	מ"ג/ל'	SM-2540D	488.0	
קשיות	מג/ל' $CaCO_3$	2340C - SM	285	

בדיקות זרחן,סידן,מגניון,אשלגן,נתרן,צורן,גפרית,בורון וסריקת מתכות הם ריכוזים כלליים(TOTAL)

טמפרטורה בהגעה 18.2 °C
דיגום והובלה בהתאם להנחיות משרד הבריאות: כן

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של המעבדה, כמפורט בתעודת ההסמכה.
הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט , מערכת או תהליך שנבדק
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

תעודת הבדיקה מתייחסת רק לפריטים שנבדקו.

מ.מ. מנהל/ת המעבדה

סוף הדוח

המלצות המדריך

המדריך: . . . . . .

כל ההמלצות הן בגדר עצה מקצועית בלבד. לקבלת הנחיות מפורטות, נא להתקשר למדריך שירות שדה.
ההמלצות הניתנות בטופס זה, מתיחסות אך ורק לתוצאות הפרמטרים שנבדקו, כפי שמופיעים בטופס זה.

מרכז מחקר גילת-ד.נ.נגב 2 מיקוד 85280 טל.2/08-9928680 פקס:08-9928681 דוא"ל:gilatlab@bns.org.il